

**PCR-/NAT *Borrelia burgdorferi*  
 (RV 535) April 2011**



**Tabelle 1: Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.**  
*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>		<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>
1115351	+++	61	<i>Borrelia afzelii</i> , Pko (~ 1x10 <sup>6</sup> organisms/mL)
1115352	∅	62	<i>Leptospira interrogans</i> (~ 1x10 <sup>5</sup> organisms/mL)
1115353	++	61	<i>Borrelia afzelii</i> , Pko (~ 1x10 <sup>4</sup> organisms/mL)
1115354	(+)	61	<i>Borrelia afzelii</i> , Pko (~ 1x10 <sup>3</sup> organisms/mL)

**Tabelle 2: Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.**  
*Absolute numbers of reported individual results.*

<i>n = 119</i>	<i>Probennummer (Sample no.)</i>					<i>Inhibition</i>			
	1115351	1115352	1115353	1115354		1115351	1115352	1115353	1115354
<b>Befund</b> <i>Result</i>									
<b>Positiv</b>	119	1	116	106	n.d.	1	1	1	1
<b>Negativ</b>	0	118	3	12	nein <i>no</i>	118	118	118	118
<b>Fraglich</b> <i>Questionable</i>	0	0	0	1	ja <i>yes</i>	0	0	0	0

**Tabelle 3: Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.**

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
<b>RealArt Borrelia [20] (n = 17)</b>	<b>49</b>	49 / 51	<b>96</b>	<b>16</b>	16 / 17	<b>94</b>
<b>Demeditec GenFlow [21] (n = 10)</b>	<b>28</b>	28 / 30	<b>93</b>	<b>10</b>	10 / 10	<b>100</b>
<b>Other/commercial tests [27] (n = 26)</b>	<b>76</b>	76 / 78	<b>97</b>	<b>26</b>	26 / 26	<b>100</b>
<b>In house PCR assay [28] (n = 65)</b>	<b>185</b>	185 / 194 <sup>§</sup>	<b>95</b>	<b>65</b>	65 / 65	<b>100</b>
<b>Andere / k.A. / other [29] (n = 2)</b>	<b>6</b>	6 / 6	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
 Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants.

<sup>§</sup> Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the "relative" column) have been reduced.