

PCR-/NAT *Legionella pneumophila* (RV 536) Mai 2014



Tabelle 1: Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.
Sample composition and expected results.

	<i>Erwartet / expected</i>		<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>
1415361	Ø	62	<i>Escherichia coli K12</i>
1415362	+++	61	<i>Legionella pneumophila SG5 (~ 1x10⁶ CFU/mL)</i>
1415363	++	61	<i>Legionella pneumophila SG5 (~ 1x10⁵ CFU/mL)</i>
1415364	Ø	62	<i>Legionella dumoffii (~ 1x10⁵ CFU/mL)</i>

Tabelle 2: Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.
Absolute numbers of reported individual results.

<i>n = 108</i>	Probennummer (Sample no.)				Inhibition			
	1415361	1415362	1415363	1415364	1415361	1415362	1415363	1415364
Positiv	2	107	106	9	n.d.	1	1	1
Negativ	105	1	2	99	nein no	106	107	107
Fraglich Questionable	1	0	0	0	ja yes	1	0	0

Tabelle 3: Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix Legionella [25] (n = 10)	20	20 / 20	100	20	20 / 20	100
GeneProof <i>L.pneumophila</i> [26] (n = 6)	12	12 / 12	100	12	12 / 12	100
Other commercial tests [27] (n= 41)	81	81 / 82	99	79	79 / 82	96
<i>In house PCR assay</i> [28] (n= 50)	98	98 / 100	98	91	91 / 99 §	92
Andere / k.A. / other [29] (n= 2)	4	4 / 4	100	4	4 / 4	100

§ Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants