

PCR-/NAT *Legionella pneumophila*
(RV 536) November 2016



Tabelle 1: Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.

Sample composition and expected results.

	Erwartet / expected		Probenzusammensetzung / Sample composition
1625361	++	61	<i>Legionella pneumophila</i> SG2 (~ 1x10 ⁴ CFU/mL)
1625362	+	61	<i>Legionella pneumophila</i> SG2 (~ 1x10 ³ CFU/mL)
1625363	Ø	62	<i>Escherichia coli</i> K12
1625364	+++	61	<i>Legionella pneumophila</i> SG2 (~ 1x10 ⁵ CFU/mL)

Tabelle 2: Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.

Absolute numbers of reported individual results.

n = 103	Probennummer (Sample no.)				Inhibition
	1625361	1625362	1625363	1625364	
Befund Result					
Positiv	97	67	1	101	
Negativ	6	35	102	2	
Fraglich Questionable	0	1	0	0	
n.d.	0	0	0	0	
nein no	103	103	103	103	
ja yes	0	0	0	0	

Tabelle 3: Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.

Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.

NAT-Methode [Code] (total number *)	NAT richtig positiv True positive results			NAT richtig negativ True negative results		
	Absolut Absolute	Relativ Relative	%	Absolut Absolute	Relativ Relative	%
LightMix Legionella [20] (n = 10)	27	27 / 30	90	10	10 / 10	100
GeneProof <i>L.pneumophila</i> [21] (n = 6)	14	14 / 18	78	6	6 / 6	100
Other commercial tests [27] (n= 44)	106	106 / 132	80	43	43 / 44	98
<i>In house</i> PCR assay [28] (n= 43)	118	118/ 128 [§]	92	43	43 / 43	100
Andere/ k.A. / other [29] (n = 1)	3	3 / 3	100	1	1 / 1	100

[§] Due to reporting questionable results, the number of true results (denominator in the „relative“ column) has been reduced.

* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.
Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participants