

**PCR-/NAT *Salmonella enterica*  
 (RV 537) November 2017**



**Tabelle 1: Probenzusammensetzung und erwartetes Ergebnis.**

*Sample composition and expected results.*

	<i>Erwartet / expected</i>		<i>Probenzusammensetzung / Sample composition</i>
1725371	++	61	<i>S. enterica</i> ser. enteritidis (~ 1x10 <sup>4</sup> CFU/mL)
1725372	∅	62	<i>Escherichia coli</i> K12
1725373	++	61	<i>S. enterica</i> ser. typhimurium (~ 1x10 <sup>4</sup> CFU/mL)
1725374	∅	62	<i>Escherichia coli</i> K12

**Tabelle 2: Häufigkeit der Mitteilung verschiedener Befunde.**

*Absolute numbers of reported individual results.*

<i>n = 23</i>	<i>Probennummer (Sample no.)</i>				<i>Inhibition</i>				
<i>Befund Result</i>	1725371	1725372	1725373	1725374	1725371	1725372	1725373	1725374	
<b>Positiv</b>	23	0	22	0	n.d.	0	0	0	0
<b>Negativ</b>	0	23	1	23	nein <i>no</i>	23	23	23	23
<b>Fraglich Questionable</b>	0	0	0	0	ja <i>yes</i>	0	0	0	0

**Tabelle 3: Häufigkeit richtig positiver und richtig negativer NAT-Befunde bei Anwendern verschiedener Methoden.**

*Absolute numbers and relative frequency of reported true positive and true negative results among various NAT methods.*

<b>NAT-Methode</b> [Code] (total number *)	<b>NAT richtig positiv</b> <i>True positive results</i>			<b>NAT richtig negativ</b> <i>True negative results</i>		
	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>	<b>Absolut</b> <i>Absolute</i>	<b>Relativ</b> <i>Relative</i>	<b>%</b>
<b>Biotecon Foodproof <i>Salm.</i> [21] (n = 1)</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>	<b>2</b>	2 / 2	<b>100</b>
<b>Other commercial tests [27] (n = 14)</b>	<b>28</b>	28 / 28	<b>100</b>	<b>28</b>	28 / 28	<b>100</b>
<b>In house PCR assay [28] (n = 8)</b>	<b>15</b>	15 / 16	<b>94</b>	<b>16</b>	16 / 16	<b>100</b>

\* Durch Mehrfachnennung oder fehlende Angabe kann die absolute Zahl der Ergebnisse (Tab. 2) von der Anzahl der Teilnehmer abweichen.  
 Due to reporting results of multiple assay systems or missing specifications, the effective numbers are not correlating with the number of participant